

Znak sprawy:
AZ-330-2016

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
tel. 41 346 56 45 waw. 182; fax 41 346 56 67
REGON 000296213 NIP 959 128 99 64

Uczestnicy postępowania ofertowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze informuje:

Pytanie nr 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania pacjenta ciepłym powietrzem o poniższych parametrach:

Lp.	Parametr wymagalny minimalny lub równoważny
1.	Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem
2.	Min. 4 zakresy temperatur: - powietrze w temp. Pokojowej - 32 °C - 38 °C - 43 °C
3.	Podstawa jezdna do aparatu wózek z koszykiem na koce, 5 kół posiada blokadę
4.	Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek oraz łóżku pacjenta
5.	Urządzenie łatwe do przenoszenia: uchwyt, ciężar max 6 kg
6.	Wymiary maksymalne: 30 cm x 35 cm x 40 cm
7.	Giętki, łatwy do przemywania i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem
8.	Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem
9.	Długość przewodu grzewczego min 1,8 m Długość przewodu zasilającego min 4,0 m
10.	Duża wydajność – szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza max. 1 400 l/min
11.	Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji 99,99%
12.	Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym
13.	Brak wbudowanego licznika przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia
14.	Poziom hałasu: max. 55 dB
15.	Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 750W.
16.	Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany, umożliwiający równomierny przepływ powietrza
17.	Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 3 rozmiarach, dostosowane o różnego rodzaju potrzeb (koc na dolną część ciała, koc na górną część ciała, koc na całe ciało)
19.	Dodatkowe wyposażenie: Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych: - koce na dolną część ciała – 25 szt. - koce na górną część ciała – 5 szt. - koce na całe ciało (wym. 210 x 120 cm) – 10 szt.
20.	Okres gwarancji: min 24 msc.
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy konwekcyjnego systemu ogrzewania pacjenta wraz zestawem kolderek o minimalnie różniących się parametrach względem wymaganych:

-Wymiary urządzenia nie większe niż: 34,3x 22,2x 22,2cm (Wys.xSzer.xGłęb.)

-Masa urządzenia max. 6,1kg

-Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32,2; 37,8; 43,3°C.

-Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona.

-Kolderka grzewcza na całe ciało pacjenta, do użytku u jednego pacjenta, bezłateksowa, 3-warstwowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, 2-kolorowa kolderka, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kolderki. Kolderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie 19 Formularza ofertowego. Zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony w osobnym pliku nr AZ-330-2016-2 Formularz ofertowy

KOORDYNATOR
Sekcji Zamówień Publicznych

Cezary Kozioł