

Znak sprawy:
ZP-136-2017

Uczestnicy postępowania ofertowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze informuje:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie URS o następujących parametrach:

1. Kąt patrzenia 6°
2. Obwód 9,5 Fr na długości 60 mm i na reszcie długości 12 Fr
3. Kanał roboczy 6 Fr (dopuszczalne: 1 narzędzie 5 FR lub 2 narzędzia 3 FR obok siebie)
4. Łącznik z nierozbieralnymi bez kranika.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni?

Odpowiedź: 1.- 4. Zgodnie z formularzem ofertowym. Różnice pomiędzy wymaganym, a zaproponowanym obwodem i długością są zbyt duże.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni.