

Znak sprawy:  
**ZP-136-2017**

## **Uczestnicy postępowania ofertowego**

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze informuje:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop półsztywny o następujących parametrach:

- Kąt patrzenia - 8°
- Kanał roboczy: 7,5 Fr (jedno narzędzie 5Fr lub 2 narzędzia 3Fr)
- W zestawie łącznik z nierozbieralnymi kranikami oraz uszczelki.

**Odpowiedź:** Zgodnie z formularzem ofertowym. Nie jest wymagany tak duży kanał roboczy.

Wymagany do 6,4 Fr.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop z kanałem 6,4 Fr (dopuszczelne: 1 narzędzie 5,4 Fr lub 2 narzędzia 3 + 2,5 FR obok siebie) przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.