

Uczestnicy postępowania ofertowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze informuje, że:

Pytanie 1: Zamawiający wymaga Atestu braku negatywnego wpływu (np. kurczenia się) materiału, z którego są wykonane fartuchy, serwety, prześcieradła i odzież operacyjna w czasie procesu sterylizacji parą nasyconą 134⁰ – 5,3 min.

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty w zakresie Zadania nr 1 oświadczenia producenta wyrobów gotowych o braku negatywnego wpływu (np. kurczenia się) materiału z którego są wykonane fartuchy, serwety, prześcieradła i odzież operacyjna w czasie procesu sterylizacji parą nasyconą 134⁰ – 5,3 min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 1 wymaga spełnienia parametru „poziom przepuszczalności powietrza”.

Czy Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i skoryguje jednostkę parametru „poziom przepuszczalności powietrza” na cm³/cm²*s?

Odpowiedź: Zamawiający koryguje jednostkę parametru „poziom przepuszczalności powietrza” na cm³/cm²*s.

Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik w pliku *Załącznik nr 4 ver. 2*

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 Prześcieradło zielone o wymiarze 150x210 cm? Proponowany wymiar wynika z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 komplety bluza + spodnie zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz odporności na rozciąganie i wypychanie na sucho? Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Zamawiający w Zadaniu nr 1 wymaga kompletów odzieży operacyjnej męskiej i kompletów odzieży damskiej. Większość producentów bielizny operacyjnej oferuje odzież tzw. unisex, bez podziału na modele damskie i męskie.

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 komplety odzieży typu unisex?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości skorygowania rozmiarów podanych w tabeli asortymentowej. Sprawdziliśmy, że załączona do oferty rozmiarówka nie pochodzi z naszej firmy. W związku z tym przypiszemy podanym rozmiarom rozmiary z własnej tabeli w nomenklaturze „S – XXXL”. Jednocześnie informujemy, że istnieje na rynku ograniczona liczba kolorów tasiemek, tak że oznaczenie kilkudziesięciu rozmiarów, męskich i damskich nie jest możliwa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dołączenia do oferty przez Wykonawcę tabeli przedstawiającej dopasowanie rozmiarów Zamawiającego do oznaczeń Wykonawcy oraz zaszeregowanie koloru tasiemki do poszczególnego rozmiaru.

Wszystkie wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, podając link dostępu:

<http://bip.czerwonagora.pl/Artykul-ZP-908-2017-Dostawa-bielizny-szpitalnej-i-operacyjnej,3896,3895.html>

Referent ds. Zamówień Publicznych

Ewa Stępień