

Znak sprawy: **ZP-1005-2018****Uczestnicy postępowania przetargowego**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

**Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.**

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
  - 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
  - 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
- 1a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
- 1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że:

**1. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:****Pytanie 1:** dotyczy zadania nr 1 (parametr L.p. 9)

Czy Zamawiający dopuszcza respirator posiadający kontrolę czasu narastania wyrażaną w stopniach od 1-4, stopień nr 1 - 100hPa/s, Stopień 2: 80 hPa/s, Stopień 3: 50 hPa/s stopień 4 20hPa/s?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 2018-08-03 do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-08-03, godz. 10:30.**

**2. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XII pkt 18 „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:** Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
Wykonawca – nazwa i adres	
Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP
Znak postępowania	ZP-1005-2018
Nazwa postępowania	Dostawa respiratorów i sprzętu medycznego do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM)”
Nie otwierać przed	2018-08-03 godzina 10:30

**3. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XIII „Miejsce i termin składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Miejsce składania ofert	<b>Sekretariat Dyrektora</b> Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
Termin składania ofert	<b>2018-08-03</b> godzina <b>10:00.</b>
Termin otwarcia ofert	<b>2018-08-03</b> godzina <b>10:30.</b>

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. W przypadku złożenia oferty po upływie wskazanego terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Ewa Stępień